

D-N 型 miRNA 原位杂交检测试剂盒

产品编号：D-2608B 规格：50 T

应用范围

探针：Digoxin 标记的 miRNA 探针

标本：石蜡组织切片、细胞爬片、滴片、涂片、冰冻切片

试剂盒组成

试剂	规格	数量	储存
Solution A	10 ml	1	4°C
Solution B	10 ml	1	4°C
miRNA Hybridization Buffer	10 ml	1	-20°C
Blocking Buffer I	10 ml	1	4°C
Washing Buffer (10×)	100 ml	2	RT
Anti-Digoxin AP-Conjugate	50 µl	1	-20°C
BCIP/NBT 显色液	100 µl	1	-20°C
BCIP/NBT 稀释液	10 ml	1	4°C
核固红染液	5 ml	1	RT
水溶性封片剂	1 ml	2	4°C

注意：

- ① miRNA Hybridization Buffer 及水溶性封片剂低温储存时冻结，需在 37°C 水浴至完全溶解后混匀使用；
- ② Washing Buffer (10×)，稀释前必须摇匀，摇匀后呈浑浊白色液态，稀释后变澄清，且有少量泡沫；

需要自备的试剂、耗材与仪器

miRNA 探针；二甲苯或其替代品；100%、85%、70% 乙醇；4% 多聚甲醛；Rubber Cement；0.1% DEPC 水；PBS pH7.0 (DEPC 水配制)；盖玻片；染缸；镊子；0.2ml 离心管；避光湿盒；恒温箱；水浴锅；荧光显微镜

实验步骤

Day 1

1. 预处理

1) 石蜡组织切片

二甲苯脱蜡，5min/次，3 次；依次浸入无水乙醇、85%乙醇、70%乙醇各 5min；后入 TBS，5min/次，1 次；

2) 细胞爬片、滴片、涂片、

固定后，浸入 TBS，5min/次，1 次

3) 冰冻切片

浸入 TBS，5min/次，1 次

2. 将 Solution A 滴加在标本上，室温静置 20min；

3. 吸去 Solution A，滴加 Solution B，室温静置 15min；

4. 吸去 Solution B，在 TBS 溶液中浸泡 5min；

5. 甩去残留在标本上的 TBS，在标本上滴加 4%多聚甲醛，室温固定 15min(最好在通风橱中进行)；

6. 吸去 4%多聚甲醛，入 TBS 溶液中浸泡 5min，洗涤后甩去残留 TBS；

7. 预杂交

在标本上滴加 50-100 μ l miRNA Hybridization Buffer，盖上盖玻片，放入湿盒中，恒温箱中 55℃

孵育约 1 小时；

10. 准备探针

预杂交快结束时，将探针与 miRNA Hybridization Buffer 按 1:50~200 稀释（具体稀释比例根据实际实验情况调整），混合均匀后，85℃变性 3min，4℃平衡 2min；

11. 杂交

预杂交结束后，吸去标本上的 miRNA Hybridization Buffer，滴加 20~50 μ l 平衡后的探针，盖上盖玻片，用 Rubber Cement 封片，37℃~42℃杂交 16-72 小时；

Day 2

12. 洗涤

Washing Buffer (10×) 与 0.1% DEPC 水按 1: 9 混合均匀，配成工作液，揭去 Rubber Cement，将标本放入 Washing Buffer 工作液中，洗涤至盖玻片自动脱落，再将标本移至新的 Washing Buffer 工作液（预热至 42℃），洗涤 2min，再移到室温的 Washing Buffer 工作液，洗涤 8min（常温洗涤时间和次数可根据实际实验适当调整，但不可过长，如若背景过高，洗涤时可适当摇晃）；

12. 将 Anti-Digoxin AP-Conjugate 和 Blocking Buffer I 按 1: 100~500 稀释，混匀后加 2~3 滴至标本上，盖上盖玻片，放入湿盒中，37℃孵育约 1 小时；
14. 将标本浸入 TBS 中，待盖玻片自动脱落，移至新的 TBS，洗涤 7min/次，2 次，
13. 吸去残留的 TBS，将 BCIP/NBT 用 BCIP/NBT 稀释液按 1: 100 混合，滴加在标本上（以完全覆盖标本为准），室温显色。（阳性结果可根据目的 RNA 的量不同而呈蓝色到紫色，可放到湿盒中于 37℃恒温箱加快显色反应，但要间隔一段时间就观察显色情况，如果显色过于缓慢，可过夜显色，注意不要让显色液干燥）。
13. 流水洗去显色液中止显色，放入 TBS 中洗涤 5min，甩干 TBS；
14. 滴加核固红染液，染色 5~10min，流水洗去染色液，晾干；
15. 水溶性封片液封片。（水溶性封片液封片不能永久保存，建议尽快拍照保存。若需保存较长时间，可存放于 4℃）。

注意事项

- 1) 实验过程中部分试剂对人体有害，请注意穿戴实验服和配戴手套；
- 2) 冬季室温温度较低，可适当延长反应时间或置恒温箱中反应；
- 3) 滴加于标本上的试剂应覆盖整个标本，防止因试剂孵育不全而引起结果的偏差（可在滴加试剂后加盖盖玻片或封口膜）。
- 4) 本产品只供实验研究使用，不能应用于临床诊断或治疗。

广州市外显子生物技术有限公司

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 1 栋 308 室

技术支持：focobiolab@126.com Tel: 86-020-89269730

订购产品：focobio@126.com; Tel: 86-020-89895006